



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/ 311 ZP/2020 / 141 /2020

Stalowa Wola, dnia 30.05.2020r.

Wszyscy zainteresowani Postępowaniem przetargowym

dot.: przetargu nieograniczonego na usługę serwisową angiografu Allura Xper FD 20 wraz z systemem fizjomonitorinu Flex Cardio dla potrzeb Oddziału Kardiologii II Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat od daty podpisania umowy , ogłoszonego pod nr 533959-N-2020 z dnia 2020-04-23 r.

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1

dot. zał. nr 3

Uprzejmie prosimy o zmianę punktu 1 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3) jak następuje:

1. Wykonawca wykona planowaną usługę w ilościach i zakresie zgodnym z zaleceniami producenta aparatury określonymi w instrukcji serwisowej oraz regulacją parametrów urządzenia leżących w zakresie prac serwisanta. Usługa konserwacji wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego. Wszystkie elementy eksploatacyjne niezbędne do wymiany w trakcie wykonywania usługi wskazane przez producenta w instrukcjach obsługi/serwisowych nie będą dodatkowo obciążały Zamawiającego, ponadto będą objęte gwarancją producenta, na okres nie mniejszy niż 6 miesięcy.

Proszę swą motywujemy tym, iż ta k naprawdę obsługa serwisowa polega na trzymaniu w ruchu urządzenia przez 3 lata i w ogóle nie powinno wystąpić tu pojęcie gwarancji na części zamienne. Ponadto, w niektórych przypadkach, pracowni bardziej obciążonych badaniami, lampa RTG ulega zużyciu przed osiągnięciem wieku 3 lat. Z tego też powodu, Wykonawca musiałby wliczać do ryzyka związanego z zamówieniem bardzo duże koszty, co byłoby nieopłacalne ekonomicznie dla Zamawiającego.

Niemniej jednak, zaproponowany zapis, częściowo uwzględnia gwarancję jaką Wykonawca mógłby udzielić Zamawiającemu.

Odp. Zamawiający dopuszcza - Gwarancją producenta, na okres nie mniejszy niż 1 rok (Załącznik nr 3)

Pytanie nr 2

Dot. wzorów umów zał. nr 9

Ze względu na ciągły charakter umowy i wystawianych comiesięcznych faktur, a nie faktury wystawianej po wykonanej usłudze, uprzejmie prosimy o zmianę § 2 ust.4 wzoru umowy jak następuje:

„Należności z tytułu umowy serwisowej Zamawiający zobowiązuje się przekazać na konto Wykonawcy wg faktur VAT, w terminie 60 dni licząc od daty wystawienia”.

Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji : „Należności z tytułu umowy serwisowej Zamawiający zobowiązuje się przekazać na konto Wykonawcy wg faktur VAT, w terminie 60 dni licząc od daty jej otrzymania ”.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Pytanie nr 3

Dot. wzorów umów zał. nr 9

Ze względu na ciągły charakter umowy i wystawianych comiesięcznych faktur, a nie faktury wystawianej po wykonanej usłudze, uprzejmie prosimy o usunięcie § 2 ust.9 wzoru umowy, gdyż może wystąpić sytuacja, iż w ciągu miesiąca nie będzie wykonana czynność wymagająca podpisu protokołu serwisowego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę .

Pytanie nr 4

Dot. wzorów umów zał. nr 9

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie § 4 wzoru umowy następującą treścią:

Suma kar umownych nie przekroczy 10% wartości wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust. 1.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie nr 5

Dot. wzorów umów zał. nr 9

Czy Zamawiający nie dokonał omyłki pisarskiej w § 10 w ust. 3 i 4 i dalsze ustępy na kolejnej stronie? Podane treści mogą dotyczyć pacjentów, a nie Wykonawcy. Wykonawca musi mieć możliwość/zgodę wglądu do danych osobowych w zakresie potrzebnym do poprawnego wykonywania usług serwisowych.

Po ustępie 4 są opisane załączniki do umowy, a dalej kontynuacja klauzuli informacyjnej RODO.

Odp. Zamawiający usuwa w § 10 w ust. 3 i 4

Pytanie nr 6

Dot. wzorów umów zał. nr 9

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizycznej prawne części zamiennych służących do napraw?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 7

Dot. wzorów umów zał. nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę **na wprowadzenie** do umowy zapisów dotyczących Prawa własności intelektualnej i przemysłowej:

a. W przypadku wymiany części zamiennych

(1) w razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu, że wymieniona część narusza prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym roszczeniu oraz udzieli Wykonawcy pełnych i kompletnych informacji na ten temat, a także umożliwi pełny wgląd w dokumentację związaną z tym roszczeniem.

(2) w razie zaistnienia roszczenia osoby trzeciej, o którym mowa powyżej w pkt. (1) Zamawiający i Wykonawca przystąpią do wzajemnych konsultacji co do zakresu i trybu podjęcia środków prawem przewidzianych względem roszczenia osoby trzeciej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie 7 dni od rozpoczęcia konsultacji w tym zakresie, obowiązywać będzie tryb opisany poniżej w pkt. (3).

(3) Zamawiający przekaze Wykonawcy wyłączną kontrolę nad postępowaniem w sprawie roszczenia oraz będzie świadczył na rzecz Wykonawcy wszelką możliwą pomoc jeśli Wykonawca tego zażąda.

b. W przypadku uznania roszczenia osoby trzeciej za zasadne Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do

(i) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z wymienionej części

(ii) zastąpienia lub zmodyfikowania wymienionej części w celu uniknięcia naruszenia lub

(iii) zapłaty odszkodowania w wysokości zasądzonej prawomocnym wyrokiem sądu i nieprzekraczającej trzykrotności wartości brutto umowy.





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Dot. wzorów umów zał. nr 9

Prosimy o **wprowadzenie do umowy** następujących zapisów:

W **par. 4 jako ust. 1** proponujemy wpisanie:

„Mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii czynności serwisu mogą nie zostać zrealizowane albo mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub z opóźnieniem z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku jakichkolwiek braków części, personelu, podwykonawców lub opóźnień w wykonaniu zobowiązań umownych związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2 Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego bez zbędnej zwłoki i wskazać prognozowany, według najlepszej swojej wiedzy, termin wykonania czynności serwisowych. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych lub jakiegokolwiek innego odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań określonych w niniejszej umowie dotyczą wyłącznie przypadków niezwiązanych ze skutkami siły wyższej związanej w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 oraz okolicznościami zewnętrznymi (w tym ograniczeń nakładanych przez państwa dotknięte pandemią), co Strony niniejszym akceptują i potwierdzają.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, tut. Szpital nie jest szpitalem zakaźnym, nie funkcjonuje tu również oddział zakaźny. Zamawiający zapewnia bezpieczny dostęp do urządzenia poprzez dezynfekowane pomieszczenia i bez kontaktu z pacjentami Szpitala.

Obecny par. 4 ust. 1 byłby oznaczony jako **ust. 2** i proponujemy **zmianę** jego brzmienia:

2. Uwzględniają treść ust. 1 powyżej, za niewykonanie lub niewłaściwe wykonywanie Umowy lub uchybienie terminom, o których mowa w niniejszej Umowie, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych, na podstawie art. 3531 w zw. z art. 473 § 1 kodeksu cywilnego, w nw. przypadkach:

- 1) w przypadku opóźnienia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości **0,05 %** wartości umowy określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w realizacji umowy
- 2) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości **10 %** wartości umowy określonej w § 2 ust. 1, za wyjątkiem przypadku odstąpienia, o którym mowa w art. 145 Pzp.
- 3) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości **10 %** wartości umowy określonej na podstawie w § 2 ust. 1, za wyjątkiem przypadku odstąpienia, o którym mowa w art. 145 Pzp..
- 4) w przypadku realizacji usługi w sposób nieprawidłowy i niezgodny z treścią niniejszej umowy Wykonawca zapłaci karę **500 zł** za każdy stwierdzony przypadek

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Proponujemy **uzupełnienie par. 9** umowy następującym zapisem:

Strony uzgadniają, że kary pieniężne przewidziane w niniejszej Umowie nie podlegają sumowaniu i potrącane będą z jakiegokolwiek wierzytelności przysługującej Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy, a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar pieniężnych na rachunek bankowy



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

Zamawiającego w okresie 30 dni od dnia otrzymania (w tym e-mail lub faks) noty obciążeniowej lub wezwania do zapłaty kar pieniężnych. Suma kar umownych nie przekroczy 10% wartości całej umowy.

Odp. Zamawiający dodaje zapis; „Strony uzgadniają, że kary pieniężne przewidziane w niniejszej Umowie nie podlegają sumowaniu i potrącane będą z jakiegokolwiek wierzytelności przysługującej Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy, a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego w okresie 30 dni od dnia otrzymania (w tym e-mail lub faks) noty obciążeniowej lub wezwania do zapłaty kar pieniężnych.”

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych, formularzach ofertowych, formularzach cenowych, opisach przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem

p.o. DYREKTOR SP / ZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli
lek. med. Andrzej Komsa



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com

