



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

III.2.230/985 ZP/2020

Stalowa Wola, dnia 08.09.2020r.

**Wszyscy zainteresowani postępowaniem
przetargowym spr. 985 ZP/2020**

dot.: postępowania przetargowego na „Cykliczne dostawy materiałów szewnych na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”, ogłoszonego w BZP pod numerem 578903-N-2020 z dnia 2020-08-28 r.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia (Dz. U. z 2019r. poz. 1843z późn.zm.) informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1

Zadanie nr. 9

Czy Zamawiający dopuści w zad. 9 w poz 3 siatkę polipropylenową niewchłaniającą o rozmiarze 6 cm x 11cm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści w zad. 9 w poz 4 siatkę polipropylenową niewchłaniającą o rozmiarze 10cm x 15cm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3.

Zadanie nr 9, poz.4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatek w rozmiarze 10x13cm

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4.

Zadanie nr 14, poz.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów z 35-oma zszywkami w rozmiarze 4,5x6,5mm.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5.

Zad.9,poz.3: czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 6x11cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6.

Zad.9, poz.3: czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 6,5x12,5cm pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 7.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Zad. 9, poz. 4: czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 8x13cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 8.

Zad. 9, poz. 4: czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 10x16cm pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 9.

Czy Zamawiający zgadza się aby § 3 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Poza tym, strony mogą wyjątkowo uzgodnić wzrost cen w razie nadzwyczajnej zmiany stosunków, jeżeli wskutek tej zmiany utrzymywanie dotychczasowych cen groziłoby jednej ze stron rażąca stratą”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak np. gwałtowna inflacja lub gwałtowna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odp. TAK

Pytanie nr 10.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 4 pkt 4.1 wzoru umowy zostało dodane wyrażenie o następującej (lub podobnej) treści: „pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odp. TAK

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odp. TAK

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w § 9 ust. 2 wzoru umowy na zmniejszenie kar umownych do 0,5% wartości brutto niedostarczonej partii towaru?



ISO 9001:2008



CERT. NR 9122.PSSW

tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



CERTYFIKAT 2011/29



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Odp. NIE

Pytanie nr 13

Jakie konkretnie przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę będą uprawniały Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej na podstawie § 9 ust. 5 umowy?

Aktualna treść § 9 ust. 5 wzoru umowy nie precyzuje wystarczająco przesłanek żądania zapłaty wysokiej kary umownej; dlatego wymaga doprecyzowania.

Odp. Zamawiający wyjaśnia że niedostarczenie towaru w terminie uregulowane jest w par. 9 ust.2. Natomiast jako nienależyte wykonanie umowy Zamawiający będzie w szczególności traktował przypadki dostarczania towarów w prawidłowym terminie, jednakże o parametrach jakościowych niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego, towarów obarczonych wadami, które nie będą zdatne do użytkowania zgodnie ze swoją funkcją i przeznaczeniem, nieprawidłowe ilości itp.

Pytanie nr 14.

Dot. zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odp. TAK

Zadanie nr 1

Czy w w/w Zadaniu Zamawiający dopuści szew bez powłoki antybakteryjnej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 15.

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w w/w Zadaniu, w pozycjach, gdzie wymaga długości nici 70 cm, dopuści również długość 75cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16.

Zadanie nr 1, poz. 3, 8

Czy w w/w pozycjach Zamawiający dopuści igłę o długości 37mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 17

Zadanie nr 1, poz. 4, 14

Czy w w/w pozycjach Zamawiający dopuści igłę o długości 30mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 18

Zadanie nr 3, poz. 3,7

Czy w w/w pozycji Zamawiający dopuści igłę o długości 30mm?



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 19

Zadanie nr 3, poz. 5

Czy w w/w pozycji Zamawiający dopuści igłę o długości 25mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 20

Zadanie nr 3, poz. 6

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego zadania?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 21

Zadanie nr 3, poz. 11

Czy w w/w pozycji Zamawiający dopuści igłę o długości 13mm i nić o długości 60cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 22

Zadanie nr 3, poz. 13

Czy w w/w pozycji Zamawiający dopuści nić o długości 60cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 23

Zadanie nr 3, poz. 15

Czy w w/w pozycji Zamawiający dopuści igłę o długości 13mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 24

Zadanie nr 4, poz. 7,11

Czy w w/w pozycjach Zamawiający dopuści igłę o długości 26mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 25

Zadanie nr 5, poz. 1

Czy w w/w pozycji Zamawiający dopuści igłę o długości 37mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 26

Zadanie nr 5, poz. 1

Czy w w/w pozycji Zamawiający dopuści nić o długości 60cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 27



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Zadanie nr 8

Czy w w/w Zadaniu Zamawiający dopuści szew naturalny, niewchłaniający, jałowy, jedwabny?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28.

Zadanie nr 9, poz. 3

Czy w w/w pozycji Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 6x11cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 29

Zadanie nr 9, poz. 4

Czy w w/w pozycji Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 10x15cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 30

Zadanie nr 11, poz. 1

Czy w w/w pozycji Zamawiający dopuści igłę odwrótnie tnącą o długości 30mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 31.

Zadanie nr 11, poz. 3

Czy w w/w pozycji Zamawiający dopuści igłę o długości 30mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 32

Zadanie nr 11, poz. 6

Czy w w/w pozycji Zamawiający dopuści igłę o długości 20mm i nić o długości 75cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 33

Zadanie nr 13, poz. 1

Czy w w/w pozycji Zamawiający dopuści igłę o długości 37mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 34

Zadanie 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o czasie wchłaniania 60-90 dni?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 35

Zadanie 4, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 36



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Zadanie 4, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 48mm z nitką o długości 90cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 37

Zadanie 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm we wszystkich pozycjach gdzie wymagana jest długości 75cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 38

Zadanie 4, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm z nitką o długości 70cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 39

Zadanie 4, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 40

Zadanie 5, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „1”?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 41

Zadanie 5, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 42

Zadanie 4, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm z nitką o długości 70cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 43

Zadanie 4, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 44

Zadanie 4, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm z nitką o długości 70cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 45

Zadanie 4, pozycja 10-11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły od długości 26mm z nitką o długości 70cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 46

Zadanie 7 pozycja 1 - Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie igły 39 mm reszta parametrów bez zmian?



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 47

Zadanie 7, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „,0”?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 48

Zadanie 7, pozycja 2, 3 - Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie igły odwrotnie tnącej reszta parametrów bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 49

Zadanie 7, pozycja 4 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 37 mm reszta parametrów bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 50

Zadanie 7, pozycja 4 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 3/8 koła reszta parametrów bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 51

Zadanie 7, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 52

Zadanie 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów jedwabnych?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 53

Zadanie 14 pozycja 1 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplera z zszywkami o wym.: szer. 5,9 mm wys. 3,9 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 54

Zadanie 14 pozycja 1 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplera z zszywkami o wym.: szer. 7,2 mm wys. 4,9 mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 55

Czy Zamawiający w zad 14 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego producenta zgodnie z opisem: Stapler skórny jednorazowego użytku, 35 zszywek w karabinku, wymiary zszywki: szer. 5,9 mm wys. 3,9 mm lub szer. 7,2 mm wys. 4,9 mm?



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Odp. Zamawiający dopuszcza wymiary zszywki: szer. 5,9 mm wys. 3,9 mm

Pytanie nr 56

Ad par. 9 ust. 2

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,5% wartości brutto niedostarczonego asortymentu za każdy dzień zwłoki, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar w analogicznych kontraktach.

Odp. NIE

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych.

Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji.

Dlatego zwracamy się z prośbą o umożliwienie złożenia oferty w formie elektronicznej. W przypadku podtrzymania zapisu o wymogu złożenia oferty pisemnej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania na 3 dni robocze przed terminem składania ofert, ze względu na obecne problemy logistyczne związane z wysyłką kurierską ofert pisemnych.

Odp. Zamawiający nie posiada możliwości technicznych gwarantujących nienaruszalność przesłanej w wersji elektronicznej oferty, stąd wymóg złożenia oferty w wersji papierowej.

Pytanie nr 57

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 pozycja 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 szwu o długości nici 70cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 58

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 pozycja 2 szwu o długości nici 90cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Pytanie nr 59

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 pozycja 5 szwu z igłą okrągło-tnącą z nitką o długości 150cm (pętla)?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 60

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 pozycja 6 igły i nici bez katalogowego określenia „mocna”. Oferowane przez nas szwy charakteryzują się ratio 1:1, grubość nici dopasowana jest do grubości średnicy igły. Dzięki temu zyskują Państwo szczelność wykonanego zespolenia z jednoczesnym zachowaniem odpowiedniej konstrukcji igły oraz nici i ich wytrzymałości na wyginanie i zerwanie szwu.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 61

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 pozycja 7, 11 igły okrągłej o długości 26mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 62

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 pozycja 9 igły o długości 36mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 63

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5 pozycja 1, 5 szwu o długości nici 75cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 64

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5 pozycja 2 igły okrągło-tnącej o długości 48mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 65

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5 pozycja 2 igły okrągło-tnącej o długości 50mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 66

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5 pozycja 5, 6 igły o długości 26mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 67

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 8 pozycja 1 szwu syntetycznego, plecionego,



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

jedwabnego impregnowanego woskiem z igłą o długości 25mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 68

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 13 pozycja 3 igły o długości 25mm? Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 69

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w Zad. Nr 1 dopuści szew bez powłoki antybakteryjnej?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 70

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 2, 11 dopuści igłę 40 mm dodatkowo wzmocnioną?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 71

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 3, 6 dopuści igłę 37 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 72

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 4, 14, 19 dopuści igłę 30 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 73

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści igłę typu „HAK” 36 mm dodatkowo wzmocnioną?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 74

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści igłę 37 mm dodatkowo wzmocnioną?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 75

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 18 dopuści igłę 22 mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Pytanie nr 76

Zadanie 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera skórniego w rozmiarze 6,4 mm x 4,0 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie nr 77

Zadanie 10.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera okrężnego w rozmiarze 26 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera okrężnego w rozmiarze 29 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera okrężnego w rozmiarze 32 mm i wysokości zszywki 5,0 mm a po zamknięciu 2,2 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Zamawiający przesuwą termin składania i otwarcia ofert na dzień 14.09.2020r. Godzina oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

p.o. DYREKTOR SP ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Grzegorz Czajka



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



