



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

III.2.230/1147 I ZP/ 424.../2020

Stalowa Wola dnia 31.12.20...r

r.

**Wszyscy zainteresowani
Postępowaniem przetargowym
Spr. 1147 I ZP/2020**

dot. :zaproszenia do składania ofert na cykliczne dostawy artykułów sterylizacyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat od daty podpisania umowy ogłoszonego w dniu 11.12.2020 na stronie szpital www.przetargi.szpital-stw.com w zakładce Informacje Inne

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1 Dotyczy Zadanie nr 2 A

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru o gramaturze 60g/m² oraz wartościach technicznych: zawartości chlorków w wysokości 0,028%, zawartości siarczanów 0,045%, oraz wytrzymałości na rozciąganie w warunkach suchych wzdłuż 2,06 kN/m?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 2 Dotyczy Zadanie nr 2 poz. A4

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na papier pakowany po 125 arkuszy w paczce z przeliczeniem ilości opakowań do zapotrzebowania Zamawiającego?

Odp: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 3 Zadanie nr 2 B

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny sterylizacyjnej o gramaturze 57g/m² oraz wartościach technicznych: zawartości chlorków w wysokości 0,024%, zawartości siarczanów 0,086%, wytrzymałości na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania 1,65kN/m; wytrzymałości na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania 1,10kN/m oraz w kierunku poprzecznym o wartości 0,70kN/m; wytrzymałości na przepuklenie 195 kPa

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 4 Dotyczy Zadanie nr 3 poz. A1

Czy Zamawiający wymaga, aby na teście były umieszczone informacje w j. polskim?

Odp: Tak Zamawiający wymaga

Pytanie nr 5 Dotyczy Zadanie nr 3 poz. A2

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na taśmę o rozmiarze 19mm x 50m?

Odp: Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający wymaga, aby taśma ze wskaźnikiem ze względów bezpieczeństwa dla ochrony wyrobu medycznego nie posiadała lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta?



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Odp: Tak zamawiający wymaga

Pytanie nr 6 Dotyczy Zadanie nr 3 poz. A4

Czy Zamawiający ma na myśli testy klasy IV pakowane po 250 szt. podwójnych, perforowanych w połowie testów, co daje łącznie w kartoniku 500 sztuk testów?

Odp: Tak.

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów?

Odp: Tak zamawiający wymaga

Pytanie nr 7 Dotyczy Zadanie nr 3 poz. A5

Czy Zamawiający wymaga, aby test składał się z 2 niezależnych rozróżnionych kolorystycznie okienek wskaźnikowych zapewniając pewność prawidłowego odczytu?

Odp: Nie, zamawiający nie wymaga

Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm?

Odp: Tak, Zamawiający wymaga

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście chemicznym klasy 5 znajdowało się oznaczenie klasy oraz normy ISO 11140-1?

Odp: Tak, Zamawiający wymaga

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Odp: Tak, Zamawiający wymaga

Pytanie nr 8 Dotyczy Zadanie nr 3 poz. A7

Czy Zamawiający wymaga aby dla zapewnienia równej temperatury w całym zestawie oraz ochrony personelu przed poparzeniem przyrząd był pokryty warstwą silikonu o grubości co najmniej 3mm?

Odp: TAK.

Pytanie nr 9 Dotyczy Zadanie nr 4 poz. 1-2

Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z wymogu posiadania przez torebkę pól na opis?

Odp: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 10 Dotyczy Zadanie nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na torebkę w rozmiarze 300x500mm?

Odp: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 11 Dotyczy Zadanie nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby na każdym teście oraz etykiecie znajdowały się informacje o normie ISO 15883-1:2010, numerze LOT oraz nazwie produktu w języku polskim?

Odp: Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 12 Dotyczy Zadanie nr 5 poz. 2



ISO 9001:2008



CERT. NR 0122.PSSW

tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



CERTYFIKAT 2011/29



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie uchwytu kompatybilnego z testami z pozycji 1, bez ruchomych elementów np. sprężyny otwierającej klips, które mogą ulec w trakcie użytkowania uszkodzeniu?

Odp: Tak Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 13 Dotyczy Zadanie nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie wskaźnika kontroli dezynfekcji termicznej o parametrach 90stC 5 min bez nadrukowanej na wskaźniku normy, nie mniej spełniający wymagania normy EN ISO 11140-1 we wszystkich punktach, które dotyczą, w tym zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1 (udokumentowane oświadczeniem producenta)? Wskaźniki są w formie samoprzylepnej co ułatwia ich archiwizację oraz pakowane są po 200 sztuk. Oferujemy przeliczenie ilości opakowań do zapotrzebowania Zamawiającego.

Odp: Tak Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 14 Dotyczy Zadanie nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na jednoelementowy przyrząd do wykrywania pozostałości białkowych na poziomie od 20ug w czasie od 1 minuty? Stopień zmiany barwy oznacza poziom zanieczyszczenia powierzchni. Im większe zanieczyszczenie, tym szybciej następuje zmiana barwy na fioletową i jej odcień jest ciemniejszy.

Odp: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 15 Zadania nr 1- opakowania sterylizacyjne jednorazowego użytku:

A. Rękawy papierowo-foliowe płaskie o długości 200m do sterylizacji parowej

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (zadanie 1A) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na zwiększenie konkurencyjności, dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odp: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 16 Zadania nr 1- opakowania sterylizacyjne jednorazowego użytku:

A. Rękawy papierowo-foliowe płaskie o długości 200m do sterylizacji parowej

Czy Zamawiający w poz. 10 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o wymiarach 400mm x 200m?

Odp: Nie.

Pytanie nr 17 Zadania nr 1- opakowania sterylizacyjne jednorazowego użytku:

A. Rękawy papierowo-foliowe płaskie o długości 200m do sterylizacji parowej

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych w innym kolorze niż niebieski, np. zielonym? Wskazanie koloru zabarwienia folii prowadzi do ograniczenia konkurencji. W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o merytoryczne uzasadnienie wymogu.

Odp: Tak Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 18 Zadania nr 1- opakowania sterylizacyjne jednorazowego użytku:

A. Rękawy papierowo-foliowe płaskie o długości 200m do sterylizacji parowej

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby znak CE był umieszczony na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli oferowanych rękawów do sterylizacji? Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o Wyrobach Medycznych - „zabronione



ISO 9001:2008



CERT. NR 9122.PSSW

tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znacznikiem CE lub numerem jednostki notyfikowanej”. Oznakowanie znakiem CE bezpośrednio na brzegu rękawa sterylizacyjnego (tak jak wymaga Zamawiający) może sugerować, że Szpital nadał znak CE wyrobom poddanym procesowi sterylizacji. Szpital nie jest jednostką notyfikowaną i nie ma uprawnień do nadania znaku CE wyrobom sterylizowanym.

Odp: Tak Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 19 Zadania nr 1- opakowania sterylizacyjne jednorazowego użytku:

A. Rękawy papierowo-foliowe płaskie o długości 200m do sterylizacji parowej

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych, na których symbol metody sterylizacji nadrukowany jest obok wskaźnika, w obrębie zgrzewu fabrycznego? Takie oznaczenie nie wpływa w żaden sposób na proces sterylizacji. Natomiast wymóg nadruku metody sterylizacji na wskaźniku wpływa jedynie na zmniejszenie liczby wykonawców i konkurencyjności.

Odp: Tak Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 8 poprzez dodanie ust. 4 o treści:

3. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany:

- 1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub
 - 2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i
 - 3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
 - 4) wzrostu średniego kursu walut (euro, dolar) o więcej niż 6% oraz
- zmiany innych przepisów prawa mających wpływ na sposób wykonania umowy i wysokość wynagrodzenia

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie następującej modyfikacji § 8 poprzez dodanie treści:

Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany:

- 1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub
- 2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i
- 3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 9 ust. 2 poprzez dodanie zdania drugiego o treści:

„Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w celu jego ugodowego załatwienia”.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę .

Pytanie nr 22

Zadanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań do sterylizacji oznakowanych znakiem CE na etykietce umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rękawa i bezpośrednio na brzegu rękawa? Znak CE nie informuje o wysterylizowanej zawartości lecz o wprowadzonym do obrotu wyrobie.

Odp: Tak Zamawiający wyraża zgodę



ISO 9001:2008



CERT. NR 0122.PSSW

tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



CERTYFIKAT 2011/29



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Pytanie nr 23

Zadanie 1: „Wymagania dotyczące rękawów papierowo- foliowych płaskich w kolorze niebieskim”: „Folia minimum pięciowarstwowa, wymagane wydanie przez producenta folii oświadczenia o zgodności z normami PN EN 868-3 i 868-5, EN ISO 11607, cz1i2” czy Zamawiający odstąpi od wymogu Oświadczenia zgodnego z normą PN-EN 868-3,

Norma PN-EN 868-3 nie dotyczy folii tylko papieru.

Odp: TAK.

Pytanie nr 24

Zadanie 1: czy Zamawiający dopuści wytrzymałość zgrzewów na rozrywanie o wartości 1,50 N/15mm?

Wytrzymałość zgrzewu określa się zgodnie z normą jak N/15mm

Odp: TAK.

Pytanie nr 25

Zadanie 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych płaskich zgrzewalną w temp. 180-220°C

Odp: TAK.

Pytanie nr 26

Zadanie 1: Czy Zamawiający wymaga, by symbol kierunku otwierania był zarówno od strony papieru jak i folii?

Odp: Tak, zamawiający wymaga

Pytanie nr 27

Zadanie 1: Czy Zamawiający wymaga, by normy ISO 11607-1,2, EN 868-5 nadrukowane były na rękawie na poświadczenie ich spełnienia?

Odp: Tak, zamawiający wymaga

Pytanie nr 28

Zadanie 1: Czy Zamawiający wymaga, by rękawy pakowane były w mleczną folię, która najlepiej chroni przed światłem i wilgocią ?

Odp: Tak, zamawiający wymaga

Pytanie nr 29

Zadanie 1: Czy Zamawiający wymaga, by termin ważności rękawów wynosił minimum 5 lat od daty produkcji?

Odp: Tak, Zamawiający wymaga

Pytanie nr 30

Zadanie 1: Czy Zamawiający wymaga dla bezpieczeństwa, by nadrukowane było na papierze i widoczne od strony laminatu:

Piktogramem przekreślonej paczki - symbol graficzny zalecenia "nie używać jeżeli system bariery sterylnej jest uszkodzony"?

Odp: Tak, Zamawiający wymaga

Pytanie nr 31 do projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w § 7 ust. 1 pkt. 1.2 wzoru umowy na zmniejszenie kar umownych do 0,5% wartości netto niedostarczonej partii towaru?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 32 do projektu umowy:



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w § 7 ust. 1 pkt. 1.4 wzoru umowy na zmniejszenie kar umownych do 2% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Zaproszenia do składania ofert. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

P.O. DYREKTOR SP ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Grzegorz Czajka



ISO 9001:2008



CERT. NR 9122.PSSW

tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com

