



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

III.2.230/131 I ZP/ *42*./2021

Stalowa Wola dnia *08*.02.2021 r.

**Wszyscy zainteresowani
Zaproszeniem do składania ofert
Poz.. 131 I ZP/2021**

dot. :zaproszenia do składania ofert na cykliczne dostawy artykułów sterylizacyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat od daty podpisania umowy ogłoszonego w dniu 28.01.2021 na stronie szpital www.przetargi.szpital-stw.com w zakładce Informacje Inne

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1 Zadanie nr 1 poz. A.1

Czy Zamawiający w miejsce rękawa o szerokości 50 mm dopuści zaoferowanie rękawa o szerokości 55 mm?

Odp: Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 Zadanie nr 1 poz. A.10

Czy Zamawiający w miejsce rękawa o szerokości 380 mm dopuści zaoferowanie rękawa o szerokości 400 mm?

Odp: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 Zadanie nr 1 poz. B.1

Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert o większej liczbie Wykonawców.

Odp: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 Zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści rękawy w kolorze zielonym, o wytrzymałości na przepuklinie na mokro 60 kPa, zgrzewalne w temperaturze 170-200st.C?

Odp: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5

Zadanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań do sterylizacji oznakowanych znakiem CE na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rękawa i bezpośrednio na brzegu rękawa?

Znak CE nie informuje o wysterylizowanej zawartości lecz o wprowadzonym do obrotu wyrobie.

Odp: . Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Zadanie 1: „Wymagania dotyczące rękawów papierowo- foliowych płaskich w kolorze niebieskim”: „, Folia minimum pięciowarstwowa, wymagane wydanie przez producenta foli oświadczenia o



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

zgodności z normami PN EN 868-3 i 868-5, EN ISO 11607, czli2” czy Zamawiający odstąpi od wymogu Oświadczenia zgodnego z normą PN-EN 868-3,

Norma PN-EN 868-3 nie dotyczy folii tylko papieru.

Odp: . Tak Zamawiający odstąpi od wymogu dotyczący folii o zgodność z normą PN EN 868-3.

Pytanie nr 7

Zadanie 1: czy Zamawiający dopuści wytrzymałość zgrzewów na rozrywanie o wartości 1,50 N/15mm?

Wytrzymałość zgrzewu określa się zgodnie z normą jak N/15mm

Odp: Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Zadanie 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych płaskich zgrzewalną w temp. 180-220°C

Odp: Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Zadanie 1: Czy Zamawiający wymaga, by symbol kierunku otwierania był zarówno od strony papieru jak i folii?

Odp: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 10

Zadanie 1: Czy Zamawiający wymaga, by normy ISO 11607-1,2, EN 868-5 nadrukowane były na rękawie na poświadczenie ich spełnienia?

Odp: Zamawiający wymaga dostarczenia stosownych dokumentów na poświadczenie spełnienia norm (zgodnie z opisem). Nie wymaga nadruku norm na rękawie.

Pytanie nr 11

Zadanie 1: Czy Zamawiający wymaga, by rękawy pakowane były w mleczną folię, która najlepiej chroni przed światłem i wilgocią ?

Odp: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 12

Zadanie 1: Czy Zamawiający wymaga, by termin ważności rękawów wynosił minimum 5 lat od daty produkcji?

Odp: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 13

Zadanie 1: Czy Zamawiający wymaga dla bezpieczeństwa, by nadrukowane było na papierze i widoczne od strony laminatu:

Piktogramem przekreślonej paczki - symbol graficzny zalecenia "nie używać jeżeli system bariery sterylnej jest uszkodzony"?

Odp: Tak, Zamawiający wymaga.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Pytanie nr 14

Zadanie 1: Czy Zamawiający wymaga, by data ważności była dodatkowo umieszczona na wklejce w środku rolki rękawa ?

Odp: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 15

Zadanie 1 B - czy Zamawiający wymaga, by na rękawie był umieszczony znak ikonograficzny kierunku otwierania oraz napis „ISO 11607-1,2 EN 868-5” na poświadczenie spełnienia niezbędnych norm ?

Odp: Zamawiający wymaga dostarczenia stosownych dokumentów na poświadczenie spełnienia norm (zgodnie z opisem). Nie wymaga nadruku norm na rękawie. Zamawiający wymaga, by na rękawie był umieszczony znak ikonograficzny kierunku otwierania (patrz opis , pytanie 9)

Pytanie nr 16 Pytania do projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w § 7 ust. 1 pkt. 1.2 wzoru umowy na zmniejszenie kar umownych do 0,5% wartości netto niedostarczonej partii towaru?

Odp: .Nie

Pytanie nr 17 Pytania do projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w § 7 ust. 1 pkt. 1.4 wzoru umowy na zmniejszenie kar umownych na 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Odp: Tak.

Pytanie nr 18 Pyt. 1 do zadania 1A:

Czy Zamawiający dopuści rękaw papierowo foliowy płaski w rozmiarze 125 mm x 200 m w miejsce 120 mm x 200 m?

Odp: Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 Pyt. 2 do pakietu 1A:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy o następujących parametrach?:

- wytrzymałość na rozciąganie na sucho wzdłuż 8 kN/m
- wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłuż 1,33 kN/m
- wytrzymałość na przepuklenie na mokro 70 kPa
- Znak CE nadrukowany na opakowaniu zbiorczym
- zgrzew fabryczny wielokrotny o wytrzymałości nie mniejszej niż 1,5 N na 15 mm przy procesie sterylizacji za pomocą pary
- Rękawy pakowane w folię bezbarwną

Odp: Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 Pyt. 3 do pakietu 1B:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy o następujących parametrach?:

- Gramatura włókniny 56 g/m², wielkość porów 24µm
- wytrzymałość na przepuklenie na sucho 200kPa; - wytrzymałość na przepuklenie na mokro 100 kPa
- Siła zrywająca wzdłuż >30 N/15 mm, siła zrywająca w poprzek >35 N/15 mm

Odp: Tak Zamawiający dopuszcza.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na rękaw papierowo-foliowy o następujących parametrach: Konstrukcji folii i wykonanie zgodne z normami PN EN 868-3, PN EN 868-5 oraz papier o gramaturze 70g (PN EN 868-3),

Papier:

- Zawartość chlorków nie więcej niż 0,05 %
- Zawartość siarczanów ni więcej niż 0,25 %
- Wytrzymałość na przedarcie CD/MD 750/720 mN
- Przenikanie powietrza (1,47 kPa) 10,29 mm/Pa*s
- Wytrzymałość na przepuklenie 359 kPa na sucho
- Wytrzymałość na przepuklenie 87 kPa na mokro
- Niezwilżalność wodą 33s
- Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania 7,4 kN/m; w kierunku poprzecznym 3,9 kN/m
- Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania 2,48 kN/m; w kierunku poprzecznym 1,42 kN/m

Folia:

Przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów

8-warstwowa nie licząc warstwy kleju

Grubość 52µm

Zgrzewalna w temperaturze 150-200°C

Elastyczna (wydłużenie nie mniej niż 70%)

Umieszczenie testu na papierze pod warstwami folii

Wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania

Wskaźnik procesu sterylizacji S/FORM/EO umieszczone na papierze pod folią na linii zgrzewu

Symbol procesu sterylizacji umieszczony obok wskaźnika, co wyklucza pomyłkę

Kolor wskaźnika przed i po sterylizacji w języku polskim, angielskim, niemieckim oraz rosyjskim

Kolor wskaźnika przed sterylizacją niebieski po sterylizacji parą wodną zmienia barwę na czarną

Powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji 100mm² (PN EN 868-5)

Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania, oznaczony wyłącznie od strony folii

Zgrzew wielorowkowy o łącznej szerokości 10 mm

Odp: Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 Zadanie 1 A poz. 10

Czy Zamawiający zgodzi się na rękaw o rozmiarze 400mmx200m?

Odp: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23 Dotyczy Zadanie 1B

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na system bariery sterylnej ULTRA zgodny z EN ISO 11607-1 i EN 868-5? Nowa porowata substancja Polyolefin ULTRA® wraz z nową, odklejalną folią tworzą cztery razy bardziej odporne na perforację, bezpieczne opakowanie materiałów sterylnych.

Polyolefin i folia połączone są 3-kanalowym zgrzewem fabrycznym, którego wytrzymałość wynosi 6 Nm.

Laminat foliowy wykonany z 6-warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50µm, oraz polyolefin o gramaturze 93g/m², zastosowany w opakowaniach ULTRA® zamiast papieru, gwarantują wyjątkową łatwość otwierania przez odklejanie, całkowicie eliminując ryzyko pylenia. Zalecana temperatura zgrzewu wynosi 130-150 st C.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

System bariery ULTRA jest kompatybilny z metodami sterylizacji parowej, plazmy, tlenkiem etylenu oraz formaldehydem.

Na opakowaniach nadrukowane są wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM typ 1. Kontrolę skuteczności procesu sterylizacji innymi metodami zaleca się wykonywać poprzez umieszczenie wskaźnika chemicznego wewnątrz opakowania.

Opakowanie ULTRA® posiadają certyfikaty niezależnej jednostki notyfikowanej potwierdzającej szczelność mikrobiologiczną przez okres min. 12 m-cy.

Odp: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część zaproszenia. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach.

Z poważaniem

DYREKTOR SP ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Grzegorz Czajka



ISO 9001:2008



CERT. NR 0122.PSSW

tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



